

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**  
Iepirkumam  
**“Biomosas (šķeldas) kvalitātes analīzes iekārtas piegāde”**  
(identifikācijas Nr. RS 2026/07/ZI)

Nr. p.k.	Minimālās tehniskās prasības
<b>1.</b>	<b>Biomosas (šķeldas) kvalitātes analīzes iekārta (turpmāk - iekārta) – 1 gab.</b>
1.1.	Iekārta paredzēta mitruma, pelnu satura un siltumspējas (MWh) noteikšanai
1.2.	Parauga parametru noteikšanas laiks $\leq 10$ minūtes
1.3.	Analīzes trauka tilpums $\geq 5$ litri
1.4.	Enerģijas padeve 230V AC
1.5.	Iekārta spēj darboties pie apkārtējās vides temperatūras no $+5^{\circ}\text{C}$ līdz $+35^{\circ}\text{C}$
1.6.	Iekārtai jābūt aprīkotai ar iebūvētu monitoru un datu ievades iekārtu (klaviatūru)
1.7.	Iekārtas datu ievades iekārtai (klaviatūrai) jābūt putekļu un ūdens izturīgai
1.8.	Iekārtai jābūt pārvietojamai un triecienizturīgai
1.9.	Iekārtai jābūt aprīkotai ar pašpārbaudes sistēmu – kvalitātes indikators par katru mērījumu
1.10.	Jābūt jau uzstādītai analīzes un dokumentācijas programmatūrai, un rezultātiem jābūt eksportētiem cvs failā vai analogs
<b>2.</b>	<b>Citas prasības</b>
2.1.	Iekārtas piegādes laiks ne ilgāk kā <b>2 (divu) mēnešu</b> laikā no līguma noslēgšanas brīža.
2.2.	Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde Pasūtītāja adresē: Rīgas iela 1, Rēzekne.
2.3.	Iekārtas garantijas termiņš ne mazāk kā <b>2 (divi) gadi</b>
2.4.	Jānodrošina piedāvātās iekārtas lietošanas instrukciju angļu un/vai latviešu valodā (Jāiesniedz, piegādājot iekārtu).
2.5.	Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde, uzstādīšana, funkcionalitātes pārbaudes un Pasūtītāja darbinieku apmācības piegādes adresē, kā arī bezmaksas telefoniskas konsultācijas garantijas laikā.
2.6.	Pretendentam jānodrošina Iekārtas apkopes vismaz 1 (vienu) reizi gadā, ko veic iekārtas ražotāja vai tā pārstāvniecības apmācīts Pretendenta speciālists.
2.7.	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas iekārtas piegādi, uzstādīšanu, funkcionalitātes pārbaudi un darbinieku apmācībām Pasūtītāja norādītajā adresē Rēzeknē.

**Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu un iesniedz:**

- 1. Tehnisko piedāvājumu brīvā formā, kurā obligāti jābūt norādītam piedāvātās iekārtas ražotājs, modelis vai marka, kā arī informācijai par iekārtas tehniskām īpašībām, kur būtu redzama atbilstība tabulā izvirzītām minimālām prasībām (piemēram, ražotāja tehniskā dokumentācija u.c.).**
- 2. Apliecinājumu brīvā formā, kurā pretendents apliecina, ka tiks izpildītas tabulas 2.punktā “Citas prasības” no 2.1. līdz 2.7. punktam izvirzītie nosacījumi, norādot gan konkrētu iekārtas piegādes laiku, garantijas laiku un nepieciešamo iekārtas apkopju skaitu gadā.**